

کیت‌های تجزیه آب کمپانی MN آلمان

ردیف	شماره فنی	شرح	روش	آزمایش	ماتریک	دامنه آزمایش	تعداد آزمایش	توضیحات
			B E	C o m	A l p h			
۱	۹۱۴۰۱۴	Detergents (anionic)	*			0/1-0/25-0/5-1/0-2/0-5/0- mg/L MBAS	۵۰	مواد شوینده آنیونی
۲	۹۱۴۰۱۵	Detergents (cationic)	*			0-1-3-5-10-20 mg/L CTAB	۵۰	مواد شوینده کاتیونی
۳	۹۳۵۰۷۵	PH 5.0 – 9.0		*		5/0-5/5-6/0-6/5-7/0-7/5-8/0-8/5-9/0	۲۰۰	
۴	۹۳۱۰۶۶	PH 4.0 – 9.0			*	4/0-5/0-6/0-6/5-7/0-7/5-8/0-8/5-9/0	۴۰۰	
۵	۹۱۴۰۲۲	PH 4.0 – 10.0	*			4-4/5-5-5/5-6-6/5-7-7/5-8-8/5-9-10	۵۰۰	
۶	۹۲۰۰۷۴	PH 4.0 – 10.0	*			4-5-5/5-6-6/5-7-7/5-8-8/5-9-10	۵۰۰	
۷	۹۱۵۰۰۷	OH ⁻ آلکالینیتی			*	0/2-7 mmol/L 1(grade)=0/2 mmol/L	۲۰۰	
۸	۹۱۴۰۱۰	NH ₄ ⁺ آمونیوم	*			0/5-1-2-5-10-20 mg/L	۱۰۰	
۹	۹۱۴۰۳۸	NH ₄ ⁺ آمونیوم	*			0/0-0/2-0/5-1/0-2/0-5/0-10/0 mg/L	۱۰۰	
۱۰	۹۳۱۰۰۸	NH ₄ ⁺ آمونیوم			*	0/0-0/2-0/3-0/5-0/7-1/0-2/0-3/0 mg/L	۵۰	
۱۱	۹۲۰۰۰۶	NH ₄ ⁺ آمونیوم	*			0/00-0/02-0/04-0/07-0/10-0/15-0/20-0/30-0/40-0/50 mg/L	۱۱۰	
۱۲	۹۳۵۰۱۲	NH ₄ ⁺ آمونیوم	*			0/0-0/2-0/5-1/0-2/0-3/0 mg/L	۵۰	
۱۳	۹۳۱۰۲۶	Fe آهن			*	0/00-0/04-0/07-0/10-0/15-0/20-0/30-0/50-1/00 mg/L	۱۰۰	
۱۴	۹۱۴۰۳۹	Fe آهن	*			0/1-0/2-0/3-0/5-1/0-2/0 mg/L	۱۲۰	
۱۵	۹۱۴۰۱۷	Fe آهن	*			0/1-0/3-0/5-1-2-4-7-10-25-50 mg/L	۲۰۰	
۱۶	۹۲۰۰۴۰	Fe آهن	*			0/00-0/01-0/02-0/03-0/04-0/05-0/07-0/10-0/15-0/20 mg/L	۳۰۰	
۱۷	۹۱۵۰۰۶	H ⁺ اسیدیته		*		0/2-7 mmol/L 1(grade)=0/2 mmol/L	۲۰۰	
۱۸	۹۳۱۰۸۸	O ₂ اکسیژن			*	0-1-2-3-4-6-8-10 mg/L	۵۰	
۱۹	۹۱۵۰۰۹	O ₂ اکسیژن		*		0/2-10 mg/L 1(grade)=0/2	۱۰۰	
۲۰	۹۱۴۰۴۴	K ⁺ پتاسیم	*			2-3-4-6-8-10-15 mg/L	۶۰	

کیت‌های تجزیه آب کمپانی MN آلمان

ردیف	شماره فنی	شرح	روش	آزمایش	ماتریکس	دامنه آزمایش	تعداد آزمایش	توضیحات
			B E	C o m	A l p h			
۲۱	۹۱۴۰۴۳	دی اتیل هیدروکسیل آمین DEHA	*			0/00-0/05-0/1-0/2-0/5-1/0 mg/L	۷۵	
۲۲	۹۱۴۰۴۱	روی Zn ²⁺	*			0/00-0/25-0/5-1/0-2/0-3/0 mg/L	۱۰۰	
۲۳	۹۳۵۰۱۶	سختی کربنات CO ₃		*		1drop=1 d(grade)	۱۰۰	
۲۴	۹۳۱۰۱۴	سختی کربنات CO ₃			*	1drop=1 d(grade)	۱۰۰	
۲۵	۹۱۵۰۰۳	سختی کربنات CO ₃			*	0/5-20 d(grade) or 0/2-7 mmol/L H ⁺	۲۰۰	
۲۶	۹۳۵۰۴۲	سختی کل			*	1drop=1 d	۵۰	
۲۷	۹۳۱۰۲۹	سختی کل			*	1drop=1 d	۱۰۰	
۲۸	۹۱۵۰۰۵	سختی کل			*	0/5-20 d(grade) or 0/1-3/6 mmol/L	۲۰۰	
۲۹	۹۱۵۰۰۲	سختی کل			*	0/05-2 d(grade) or 0/01-0/36 mmol/L ca	۲۰۰	
۳۰	۹۳۵۰۸۰	سختی کل			*	0/00-0/04-0/08-0/15-0/30 d	۲۰۰	باقیمانده سختی
۳۱	۹۱۵۰۰۳	مجموع کیت ها برای تشخیص Na			*	0/5-20 d(grade) or 0/2-7 mmol/L H ⁺	۲۰۰	سختی کربنات CO ₃
۳۲	۹۱۵۰۰۵				*	0/5-20 d(grade) or 0/1-3/6 mmol/L	۲۰۰	سختی کل
۳۳	۹۱۵۰۰۶				*	0/2-7 mmol/L 1(grade)=0/2 mmol/L	۲۰۰	اسید یته H ⁺
۳۴	۷۳۱۸۶۱					Form Strong PS/DVB cation xchanger H ⁺	۵۰	
۳۵	۹۱۴۳۶۱					Syringe 5ml	—	
۳۶	۹۱۴۰۳۵	سولفات SO ₄ ²⁻	*			25-30-35-40-50-60-70-80-10-120-150-200 mg/L	۱۰۰	
۳۷	۹۱۵۰۰۸	سولفیت SO ₃ ²⁻		*		2-100 mg/L 1grade =2 mg/L	۱۰۰	
۳۸	۹۱۴۰۳۳	سولفید S ²⁻	*			0/05-0/1-0/2-0/4-0/7-1/0 mg/L	۱۰۰	
۳۹	۹۳۱۰۲۳	سیانوریک اسید			*	1-100 mg/L	۱۰۰	
۴۰	۹۱۴۰۴۲	سیانید CN ⁻	*			0/05-0/1-0/2-0/3-0/5-1/0 mg/L	۷۰	

کیت‌های تجزیه آب کمپانی MN آلمان

ردیف	شماره فنی	شرح	روش آنالیز					دامنه آزمایش	تعداد آزمایش	توضیحات
			B E	C o m	A l p h	Ti tr	E c o			
۴۱	۹۲۰۰۲۸	سیانید CN ⁻	*					0/00-0/002-0/004-0/007-0/010-0/015-0/020-0/025-0/030-0/040 mg/L	۵۵	
۴۲	۹۳۱۰۲۲	سیانید CN ⁻					*	0/01-0/2 mg/L	۱۰۰	
۴۳	۹۱۴۰۲۴	سیلیکا SiO ₂		*				0/2-0/5-1/0-2/0-3/0-5/0 mg/L	۸۰	
۴۴	۹۲۰۰۸۷	سیلیکا SiO ₂	*					0/00-0/01-0/02-0/03-0/05-0/07-0/10-0/15-0/20-0/30 mg/L	۷۰	
۴۵	۹۳۱۰۸۴	فسفات PO ₄ -P					*	0/0-0/2-0/3-0/5-0/7-1/0-2/0-3/0-5/0 mg/L	۱۰۰	
۴۶	۹۱۴۰۲۳	فسفات PO ₄ ³⁻		*				2-4-7-10-15-25 mg/L	۶۰	
۴۷	۹۱۴۰۳۷	فسفات P		*				0/1-0/2-0/4-0/7-1/0-1/5- mg/L	۱۰۰	
۴۸	۹۲۰۰۸۲	فسفات P	*					0/00-0/05-0/10-0/15-0/2-0/3-0/4-0/6-0/8-1/0 mg/L	۳۰۰	
۴۹	۹۲۰۰۸۰	فسفات P	*					0/00-0/01-0/02-0/03-0/05-0/07-0/10-0/1-0/20-0/25 mg/L	۱۰۰	
۵۰	۹۳۵۰۷۹	فسفات PO ₄ ³⁻			*			2-5-10-15-20 mg/L	۷۰	
۵۱	۹۱۴۰۱۱	کرومات Cro ₄ ²⁻		*				0/1-0/2-0/3-0/5-1/0-2/0 mg/L	۱۰۰	
۵۲	۹۳۱۰۲۰	کرومیوم Cr VI					*	0/02-0/05-0/10-0/15-0/2-0/3-0/4-0/5-mg/L	۱۴۰	
۵۳	۹۱۵۰۰۴	کلراید Cl ⁻				*		5-500 mmol/L 1 grad=5 mg/L	۳۰۰	
۵۴	۹۳۱۰۱۸	کلراید Cl ⁻					*	1-2-4-7-12-20-40-60 mg/L	۹۰	
۵۵	۹۳۵۰۱۹	کلرین Cl ₂			*			0/25-0/5-1/0-1/5-2/0 mg/L	۱۵۰	
۵۶	۹۳۱۰۱۵	کلرین Cl ₂					*	<0/1-0/1-0/2-0/3-0/4-0/6-0/9-1/2-2/0 mg/L	۱۵۰	
۵۷	۹۱۴۰۳۲	کلرین Cl ₂		*				0/1-0/3-0/6-0/9-1/3-2/0 mg/L	۱۰۰	
۵۸	۹۲۰۰۱۵	کلرین Cl ₂	*					0/00-0/02-0/04-0/06-0/10-0/15-0/2-0/3-0/4-0/6 mg/L	۲*۱۶۰	
۵۹	۹۳۱۰۹۰	کلر و PH Cl ₂					*	0/1-0/2-0/3-0/4-0/6-0/9-1/2-2/0 mg/L Cl ₂ PH 6/9-7/2-7/4-7/6-7/8-8/2	۱۵۰	مخصوص استخر و آب آشامیدنی
۶۰	۹۱۴۰۳۰	کلر و PH Cl ₂		*				0/1-0/3-0/6-0/9-1/3-2/0 mg/L Cl ₂ PH 6/9-7/2-7/4-7/6-7/8-8/2	۱۰۰	مخصوص استخر و آب آشامیدنی

کیت‌های تجزیه آب کمپانی MN آلمان

ردیف	شماره فنی	شرح	روش آنالیز					دامنه آزمایش	تعداد آزمایش	توضیحات
			B E	C o m	A l p h	Ti tr	E c o			
۶۱	۹۱۵۰۱۰	کلسیم Ca^{2+}				*		0/5 – 20d(grade) or 0/1 – 3/6 mmol/L	۲۰۰	
۶۲	۹۳۱۰۱۲	کلسیم Ca^{2+}					*	1drop = 5 mg/L	۱۰۰	
۶۳	۹۱۴۰۳۴	مس Cu^{2+}		*				0/1-0/2-0/5-1/0-2/0-3/0 mg/L	۱۰۰	
۶۴	۹۳۱۰۳۷	مس Cu^{2+}					*	0/0-0/1-0/2-0/3-0/5-0/7-1/0-1/5 mg/L	۱۰۰	
۶۵	۹۲۰۰۵۰	مس Cu^{2+}	*					0/00-0/04-0/07-0/10-0/15-0/20-0/25-0/30-0/40-0/50 mg/L	۱۰۰	
۶۶	۹۱۴۰۱۸	منگنز Mn		*				0/1-0/3-0/5-1/0-2/0-4/0 mg/L	۱۰۰	
۶۷	۹۲۰۰۵۵	منگنز Mn	*					0/00-0/03-0/06-0/10-0/15-0/20-0/25-0/30-0/40-0/50 mg/L	۱۰۰	
۶۸	۹۳۱۰۲۹	کیت لازم برای تشخیص Mg					*	1drop=1d	۱۰۰	سختی کل
۶۹	۹۳۱۰۱۲						*	1drop=5 mg/L	۱۰۰	کلسیم Ca^{2+}
۷۰	۹۳۱۰۴۱	نیتрат NO_3^-					*	0-4-10-20-30-50-70-90-120 mg/L	۱۲۰	
۷۱	۹۱۴۰۴۵	نیترات NO_3^-		*				1-2-5-10-20-50 mg/L	۱۰۰	
۷۲	۹۳۵۰۶۵	نیترات NO_3^-			*			2-8-15-30-50 mg/L	۱۰۰	
۷۳	۹۳۵۰۶۶	نیتريت NO_2^-			*			0/05-0/10-0/25-0/5-1/0 mg/L	۲۰۰	
۷۴	۹۳۱۰۴۴	نیتريت NO_2^-					*	0/00-0/02-0/03-0/05-0/07-0/1-0/2-0/3-0/5	۱۵۰	
۷۵	۹۱۴۰۲۰	نیتريت NO_2^-		*				0/05-0/1-0/25-0/5-1/0-2/0 mg/L	۶۰	
۷۶	۹۲۰۰۶۳	نیتريت NO_2^-	*					0/00-0/005-0/010-0/015-0/02-0/03-0/04-0/06-0/08-0/10 mg/L	۱۵۰	
۷۷	۹۱۴۰۱۹	نیکل Ni		*				0/2-0/5-1-2-5-10 mg/L	۶۰	
۷۸	۹۳۱۰۴۰	نیکل Ni^{2+}					*	0/1-1/5 mg/L	۱۵۰	
۷۹	۹۱۴۰۱۶	هیدرازین N_2H_2		*				0/1-0/3-0/5-1/0-1/5-2/0 mg/L	۷۵	