

کمپانی Milwaukee – Martini ایتالیا

شرح دستگاه	مدل	ر
کلر سنج دیجیتال با رنج 0 - 5 mg/l با قابلیت سنجش Cl_2 برای کلر آزاد و کلر کامل با دقت 0.01 پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل Range: 0.00 to 5.00 mg/L Cl_2 Resolution: 0.01 mg/L Accuracy: ± 0.04 mg/L	 MI 404	1
کلر سنج دیجیتال با رنج 0 - 5 mg/l با سنجش pH (6.5 - 8.0) با دقت 0.1 و Cl_2 برای کلر آزاد و کامل با دقت 0.01 پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل Range: Free & total chlorine: 0.00 to 5.00 mg/L Cl_2, pH: 6.5 to 8.0 pH Resolution: 0.01 mg/L Accuracy: ± 0.04 mg/L	 MI 411	2
کلر سنج دیجیتال با رنج 0 - 10 mg/l با سنجش Cl_2 با رنج بالا برای کلر آزاد و کامل با دقت 0.01 پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل Range: 0.00 to 10.00 mg/L Cl_2 Resolution: 0.01 mg/L (0.00 to 3.50 mg / l) Accuracy: ± 0.01 mg/L	 MI 413	3
مینی تستر کلر آزاد با تایمر قابل حمل (طرح جدید سفارش آمریکا) با دقت 0.01 Range: 0.00 to 2. 50 mg / L Resolution 0.01 ppm Accuracy : ± 0.03 ppm	 MW – 10	4
مینی تستر کلر کامل با تایمر قابل حمل (طرح جدید سفارش آمریکا) با دقت 0.01 Range: 0.00 to 3. 50 mg / L Resolution : 0.01ppm Accuracy : ± 0.03 ppm	 MW – 11	5

مینی تستر فسفات با تایمر قابل حمل (طرح جدید سفارش آمریکا) با دقت 0.01 Range : 0.00 to 2.50 mg / L Resolution : 0.01ppm Accuracy : ± 0.04 mg / L	 MW – 12	6
مینی تستر ید با تایمر قابل حمل (طرح جدید سفارش آمریکا) با دقت 0.1 Range : 0.0 to 12.5 mg / L Resolution : 0.1 ppm Accuracy : ± 0.1 ppm	 MW – 13	7
مینی تستر آهن با تایمر قابل حمل (طرح جدید سفارش آمریکا) با دقت 0.01 Range : 0.00 to 5.00 mg / L Resolution : 0.01 ppm Accuracy : ± 0.04 ppm	 MW – 14	8
کلراید فتومتر دیجیتال با رنج 0 - 20 mg / l سنجش Cl^- با دقت 0.01 پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل Range: 0.00 - 20.00 mg/L Cl_2 Resolution: 0.01 mg/L Accuracy: ± 0.4 mg/L	 MI 414	9
فتومتر دیجیتال تست آمونیاک (MR) با رنج 0.00 - 9.99 mg / l با دقت 0.01 mg / l پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل Range: 0.00 - 9.99 mg/L ($\text{NH}_3\text{-N}$ Resolution: 0.01 mg/L) Accuracy: ± 0.10 mg/L	 MI 405	10
فتومتر دیجیتال تست آهن (HR) با رنج 0.00 - 5.00 mg / l با دقت 0.01 mg / l پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل Range: 0.00 to 5.00 mg/L Fe Resolution: 0.01 mg/L Accuracy: ± 0.03 mg/L	 MI 408	11

تربیدومتر پرتابل دیجیتال جهت اندازه گیری کدورت با کیف و محلول استاندارد 0-10-500 FNU به روش فتومتری با دقت 0.01 FNU Range: 0.00 - 50.00 FNU; 50 - 1000 FNU Resolution: 0.01FNU:1 FNU Accuracy: ± 0.5FNU	 MI 415	12
pH متر قلمی دیجیتال با صفحه نمایشگر بزرگ و قابلیت نمایش دما و اتروپروف و قابلیت تعویض الکترود و دقت 0.1 Range: pH: - 2.0 - 16.0 pH , Temp: - 5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F Resolution: 0.1 pH Accuracy: ± 0.1 pH	 pH 55	13
pH متر قلمی دیجیتال با صفحه نمایشگر بزرگ و قابلیت نمایش دما و اتروپروف و قابلیت تعویض الکترود با دقت 0.01 مجهز به سیستم A.T.C. Range: pH: - 2.00 - 16.00 pH , Temp: - 5.0 - 60.0°C / 23.0 - 140.0°F Resolution: 0.01 pH Accuracy: ± 0.05 pH	 pH 56	14
pH متر قلمی دیجیتال با صفحه نمایشگر بزرگ و نمایش دما و (ORP(mV) ، واتروپروف و قابلیت تعویض الکترود با دقت 0.01 مجهز به سیستم A.T.C. Range: pH: - 2.00 - 16.00 pH Temp: - 5.0 - 60.0°C / 23.0 - 140.0°F , ORP : 1 mV Resolution: 0.01 pH , 1 mV Accuracy: ± 0.05 pH , ± 2mV	 pH 58	15
O.R.P. متر پرتابل کالیبره دستی سری Smart سیستم تنظیم دما دستی ، طرح جدید سفارش آمریکا با قیمت مناسب قابل استفاده در بخش های کشاورزی - گل و گیاه - آموزشی آنالیز آب و محیط زیست Range : ± 1000 mV Res : 1 mV Accuracy : ± 5 mV	 MW 500	16
pH متر پرتابل دیجیتال با قابلیت سنجش T به همراه سیستم A.T.C. و الکترود اپوکسی pH /T Range: pH: - 2.00 - 16.00 pH Temp: - 5.0 - 105.0°C / 23.0 - 221.0°F Resolution: 0.01 pH Accuracy: ± 0.02 pH	 MI 105	17

pH/mV/T متر پرتابل دیجیتال با دقت 0.01 و سنجهش mV / T با سیستم A.T.C. و الکترواداپتورسی Range: pH: - 2.00 to 16.00 pH mV: - 2000 to +2000 mV Temp: - 5.0 - 105.0°C / 23.0 to 221.0°F Resolution : 0.01 pH Accuracy: ± 0.02 pH	 MI 106	18
pH متر پرتابل کالیبره دستی با دقت 0.1 pH سری Smart بدون کیف با الکترواداپتورسی طرح جدید سفارش آمریکا با قیمت مناسب Range : 0.0 – 14.0 pH Resolution : 0.1 pH Accuracy: ± 0.2 pH	 MW 100	19
pH متر پرتابل کالیبره دستی با دقت 0.01 pH سری Smart بدون کیف با الکترواداپتورسی طرح جدید سفارش آمریکا با قیمت مناسب Range : 0.00 – 14.00 pH Resolution : 0.01 pH Accuracy : ± 0.02 pH	 MW 101	20
pH متر پرتابل کالیبراسیون اتوماتیک ، با سیستم ATC ، سنجهش pH / T سری Smart بدون کیف با الکترواداپتورسی و سنسور دما طرح جدید سفارش آمریکا با قیمت مناسب Range : - 2 + 16 pH , - 5 + 70 °C Resolution : 0.01 pH , 0.1 °C Accuracy: ± 0.02 pH, ± 0.5 °C	 MW 102	21
pH متر پرتابل دیجیتال مولتی سیستم با دقت 0.01 و سنجهش E.C./T.D.S./T با کیف، الکترواداپتور (برحسب μS) Range: pH: 0.00 - 14.00 pH E.C.: 0 – 3999 μS /cm T.D.S.: 0 - 1999 ppm Temp: 0.0 - 60.0°C / 32.0 - 140.0°F Resolution: 0.01 pH Accuracy: ± 0.01 pH	 MI 805	22
pH متر پرتابل دیجیتال مولتی سیستم با دقت 0.01 و سنجهش E.C./T.D.S./T با کیف، الکترواداپتور (برحسب mS) Range: pH: 0.00 - 14.00 pH E.C.: 0.00 - 20.00 mS/cm T.D.S.: 0.00 - 10.00 ppt Temp: 0.0 - 60.0°C / 32.0 - 140.0°F Resolution: 0.01 pH Accuracy: ± 0.01 pH	 MI 806	23

pH متر پرتابل دیجیتال، کالیبراسیون دستی، مولتی سیستم با دقت 0.01 و سنجش E.C./T.D.S. بر حسب واحد میکروزیمنس به همراه الکترود مخلوط، طرح جدید سفارش آمریکا Range pH : 0.0 - 14.0 pH E.C. : 0 - 1990 μS / cm T.D.S. : 0 - 1990 ppm Resolution pH : 0.1 pH E.C. : 10 μS / cm T.D.S. : 10 ppm Accuracy pH : $\pm$ 0.2 pH E.C./T.D.S. : $\pm$ 2 % Full Scale	 MW 801	24
pH متر پرتابل دیجیتال کالیبراسیون دستی، مولتی سیستم با دقت 0.01 و سنجش E.C./T.D.S. بر حسب واحد میلی زیمنس به همراه الکترود مخلوط طرح جدید سفارش آمریکا Range pH: 0.00 - 14.00 pH E.C. : 0.00 to 6.00 mS / cm T.D.S. : 0 - 4000 ppm Resolution pH : 0.10 pH E.C. : 0.01 mS / cm T.D.S. : 10 ppm Accuracy pH: $\pm$ 0.20 pH E.C./T.D.S.: $\pm$ 2 % Full Scale	 MW 802	25
pH متر رومیزی دیجیتال با صفحه نمایشگر بزرگ و با دقت 0.01 و سنجش pH/T با سیستم A.T.C. با پایه و سنسور دما و الکترود شیشه و حافظه Range: pH: -2.00 to 16.00 pH Temp: -20.0 - 120.0°C / -4.0 - 248.0°F Resolution: 0.01 pH Accuracy: $\pm$ 0.01 pH	 MI 150	26
pH متر رومیزی دیجیتال با دقت 0.01 و سنجش mV/T با سیستم A.T.C. با پایه و سنسور دما و الکترود شیشه و حافظه Range: pH: -2.00 - 16.00 pH mv: $\pm$ 699.9 mV / $\pm$ 1999 mv Temp: -20.0 - 120.0°C / -4.0 - 248.0°F Resolution: 0.01 pH , Accuracy: $\pm$ 0.01 pH	 MI 151	27
pH متر رومیزی دیجیتال با دقت 0.001 و 0.01، سنجش E.C./T.D.S./O.R.P./NaCl/T با سیستم A.T.C. واتوکالیبره، قابلیت نصب به کامپیوتر و نرم افزار و سیستم G.L.P. جهت ذخیره سازی در حافظه با پایه و الکترود و سنسور دما Range: pH: -2.00 - 16.00 / -2.000 - 16.000 pH, mV: $\pm$ 699.9mV / $\pm$ 2000 mV E.C.: 0.00 to 2999 μS/cm , 3.00 - 500 mS/cm T.D.S.: 0.0 - 1499 mg/L (ppm) , 1.5 to 400 g/L (ppt) NaCl: 0.0 - 400.0% Temp: - 20.0 - 120.0°C / -4.0 - 248.0°F Resolution: 0.01 pH , 0.001 pH Accuracy: $\pm$ 0.01 pH , $\pm$ 0.002 pH	 MI 180	28

E.C. متر قلمي دیجيتال ، با دما ، واترپروف و قابل تعويض الكترو دقت $1 \mu\text{S} / \text{cm}$ سنجش T.D.S. دقت 1 ppm Range: E.C.: 0 - 3999$\mu\text{S}/\text{cm}$ T.D.S.: 0 -2000 ppm Temp: 0.0 - 60.0°C/32.0 - 140.0°F Resolution: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ Accuracy: 2% full scale	 EC 59	29
E.C. متر قلمي دیجيتال ، با دما ، واترپروف قابل تعويض الكترو دقت $0.01 \text{ mS} / \text{cm}$ سنجش T.D.S. دقت 0.01 ppt Range: E.C.: 0 – 20.00mS/cm T.D.S.: 0 – 10.00 ppt Temp: 0.0 - 60.0°C/32.0 to 140.0°F Resolution: 0.01 mS/cm Accuracy: 2% full scale	 EC 60	30
E.C. متر روميزي دیجيتال با قابليت سنجش T.D.S./NaCl/T وکالیبراسيون اتوماتيك قابليت نصب به کامپیوتر و نرم افزار به همراه الكترو د پايه + سيستم G.L.P. (گزارش آخرين مرحله کالیبراسيون) Range: E.C. : 0.00 – 2999 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 30.0 to 500 mS/cm NaCl: 0.0 - 400.0% T.D.S.: 0.00 - 1499mg/L(ppm) , 1.5 to 400g/L(ppt) Temp: - 20.0 - 120.0°C / -4.0 to 248.0°F Resolution: 0.01$\mu\text{S}/\text{cm}$, 0.1$\mu\text{S}/\text{cm}$, 1.0$\mu\text{S}/\text{cm}$, 0.01mS/cm , 0.1mS/cm Accuracy: $\pm 1\%$ of reading	 MI 170	31
E.C متر مولتی پارامتر پرتابل دیجيتال بادقت 0/01 و سنجش T.D.S./T/NaCl با قابليت نصب به PC و سيستم حافظه Range: E.C.: 0.00 - 2999$\mu\text{S}/\text{cm}$, 3.00- 500 mS/cm NaCl: 0.0 to 400.0 % T.D.S. : 0.0 – 1499 mg/L(ppm) , 1.5 – 400 g/L (ppt) Temp: 0-60.0 °C Resolution: 0.01$\mu\text{S}/\text{cm}$, 0.1$\mu\text{S}/\text{cm}$, 1.0$\mu\text{S}/\text{cm}$, 0.01mS/cm , 0.1mS/cm Accuracy: $\pm 1\%$ of reading	 MI 306	32
E.C. متر پرتابل کالیبراسيون دستی با دقت $10 \mu\text{S} / \text{cm}$ بر حسب واحد میکروزیمنس بدون کیف با الكترو اپوکسی طرح جديد سفارش آمریکا با قيمت مناسب Range : 0 – 1990 μS Resolution : 10 $\mu\text{S} / \text{cm}$ Accuracy : $\pm 2\%$ Full Scale	 MW 301	33
E.C. متر پرتابل کالیبراسيون دستی با دقت $0.1 \text{ mS} / \text{cm}$ بر حسب واحد میلی زیمنس بدون کیف با الكترو اپوکسی طرح جديد سفارش آمریکا ب $1 / \text{cm}$ قيمت مناسب Range : 0.0 – 10.0 mS / cm Resolution : 0.1 mS / cm Accuracy : $\pm 2\%$ Full Scale	 MW 302	34

T.D.S. متر پرتابل کالیبراسیون دستی با دقت 10 mg / L (ppm) بر حسب واحد میلی گرم بر لیتر بدون کیف با الکتروود اپوکسی طرح جدید سفارش آمریکا با قیمت مناسب Range : 0 - 1990 ppm Resolution : 10 mg / L (ppm) Accuracy : ± 2 % Full Scale	 MW 401	35
T.D.S. متر پرتابل کالیبراسیون دستی با دقت 0.1 g / L (ppt) بر حسب واحد گرم بر لیتر بدون کیف با الکتروود اپوکسی طرح جدید سفارش آمریکا با قیمت مناسب Range : 0.0 - 10.0 g / L (ppt) Resolution : 0.1 g / L (ppt) Accuracy : ± 2 % Full Scale	 MW 402	36
D.O. اکسیژن متر رومیزی دیجیتال با رنج 0 - 45 mg / l (ppm) با دقت 0.01 و سنجش درصد O2 و قابلیت نصب به کامپیوتر و نرم افزار با 2 متر کابل به همراه الکتروود و پایه و قابلیت تنظیم دما به صورت اتوماتیک Range: O2 :0.00 - 45.00 mg/l (ppm) % saturation O2: 0.0 - 300% Temp: -5.0 - 55.0 °C Resolution: 0.01 mg/l (ppm) O2 , 0.1%saturation O2 Accuracy: ±1.5 Full Scale	 MI 190	37
D.O. اکسیژن متر پرتابل دیجیتال با رنج 0 - 45 mg / l (ppm) با دقت 0.01 و سنجش درصد O2 + پروب Range: O2:0.00 - 45.00 mg/l (ppm) % saturation O2: 0.0 - 300% Temp: 0.0-50.0 °C Resolution: 0.01 mg/l (ppm) O2 , 0.1%saturation O2 Accuracy: ± 1.5 full Scale	 MI 605	38
D.O. متر پرتابل دیجیتال کالیبره دستی در دو نقطه هوای اشباع 100 % و محلول 0 % اکسیژن ، دارای سیستم A.T.C. (تعادل سیستم دمایی) به همراه الکتروود پلاروگراف با 3 متر کابل سفارش آمریکا Range O₂ : 0.0 - 19.9 mg / L Resolution O₂ : 0.1 mg / L Accuracy O₂: ± 1. 5 % Full Scale	 MW 600	39
لوکس متر دیجیتال سری Smart به همراه پروب مناسب برای کاربردهای کشاورزی ، آموزشی و پرورش گل و گیاه و آنالیز محیط زیست و قابل تنظیم برای واحدهای مختلف سنجش نور با توجه به نور ساطع شده بر سطح پروب طرح جدید سفارش آمریکا Range : 0.000 - 1999 Lux 2000 - 19999 Lux 20000 - 50000 Lux Resolution : 1 Lux & 10 Lux & 100 Lux	 MW 700	40

دستگاه یون متر و pH متر دیجیتال با قابلیت نصب به pc Range pH : - 2.00 - 16.00 pH mV: $\pm 699.9 \text{ mV} / \pm 2000 \text{ mV}$ ISE : 0.001 - 19999 ppm Temp : - 20.0 - 120.00 °C / -4.0 - 248.00 °F Resolution pH : 0.01 pH mV : 0.1 mV / 1 mV ISE : 0.001 (0.001 - 9.999) ppm ; 0.01 (10.00 -99.99) ppm ; 0.1(100.0 - 999.9) ppm ; 1 (1000 - 19999) ppm Temp : 0.1 0 °C / 0.1 0 °F Accuracy pH : $\pm 0.01 \text{ pH}$ mV : $\pm 0.2 \text{ mV} / \pm 1 \text{ mV}$ ISE : $\pm 0.5 \% \text{ Full Scale}$ Temp : $\pm 0.40 \text{ °C} / \pm 0.80 \text{ °F}$	 MI 160	41
رفراکتومتر سرم پروتئین مجهز به A.T.C. و رنج 0 - 12 g/100 mL Range: 0-12g/100ml , Resolution: 0.2 g/100ml , Accuracy: ± 0.2	 MR 512	42
رفراکتومتر دیجیتال رومیزی با رنج 0 - 85% و دقت 0.1% Brix در دمای 80 درجه ، اتوکالیبر مجهز به سیستم A.T.C. با تکنیک اندازه گیری بر اساس متد ICUMSA (استاندارد متد بین المللی جهت آنالیز شکر) Range: 0 - 85% Brix , 0- 80 °C (32 -176 °F) Resolution: 0.1% Accuracy: $\pm 0.2\%$	 MA 871	43
رفراکتومتر دیجیتال با رنج 0 - 85 % جهت سنتز فروکتوز با تکنیک اندازه گیری بر اساس متد ICUMSA (استاندارد متد بین المللی جهت آنالیز شکر) Range: 0 - 85% , 0 - 80 °C(32 to175 °F) Resolution: 0.1% Brix Accuracy: $\pm 0.2\% \text{ Brix}$	 MA 872	44
رفراکتومتر دیجیتال با رنج 0 - 85 % جهت سنتز گلوکز با تکنیک اندازه گیری بر اساس متد ICUMSA (استاندارد متد بین المللی جهت آنالیز شکر) Range: 0 - 85% mass , 0- 80 °C(32 -176 °F) Resolution: 0.1% Accuracy: $\pm 0.2\%$	 MA 873	45
رفراکتومتر دیجیتال با رنج 0 - 85 % جهت سنتز شکر معکوس با تکنیک اندازه گیری بر اساس متد ICUMSA (استاندارد متد بین المللی جهت آنالیز شکر) Range: 0 - 85% mass , 0 - 80 °C(32 -176 °F) Resolution : 0.1% Accuracy: $\pm 0.2\%$	 MA 881	46

ترموتر دیجیتال با دقت 0.1 درجه سانتی گراد با رنج $50^{\circ}\text{C} + 150^{\circ}\text{C}$ - پرتابل با کابل 1 متر Range: -50.00 - 150.0 °C Resolution: 0.1 °C Accuracy: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	 TH 300	47
ترموتر دیجیتال با رنج $50^{\circ}\text{C} + 150^{\circ}\text{C}$ - با پروب استیل و کلید کالیبراسیون اتوماتیک قلمی Range: -50.00 - 150.0 °C Resolution: 0.1 °C Accuracy: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	 TH 310	48
کیت معرفهای DPD جهت کلرسنج دیجیتال MI 411 و MI 404 (100 تست)	MI 511	49
کیت معرفهای DPD 1, 3 جهت کلرسنج دیجیتال MI 413 (45 تست)	MI 513	50
کیت معرف DPD 0 جهت کلرسنج دیجیتال MI 413 (45 تست) 1 جفت	MI 513	51
کیت استاندارد جهت تربیدومتر MI 415 (100 تست)	MI 515	52
کیت پودرکلرسنج جهت کلرسنج های MI 404 , MI 411 (100 تست)	MI 524	53
کیت کلرسنج مخصوص دستگاه MI 414 (100 تست)	MI 514	54
کیت پودر کلر آزاد برای کلرسنج های MI 404 , Mi 411 (100 تست)	MI 526	55
کیت تست کلر آزاد مخصوص دستگاه MW 10 (25 تست)	MW 10	56
کیت تست پرتابل جهت تستهای شیمیایی (فسفر ، پتاسیم و نیتروژن)	MT6003	57
یדיک الکترود جهت PH 55/56 متر قلمی	MI 56P	58
یدی پروب جهت PH 58 متر قلمی	MI 58P	59
یדיک الکترود جهت E.C. متر قلمی	EC59/60	60
الکتروود E.C./T.D.S./T جهت مولتی پارامترهای MI 170 , MI 180	MA 814DB/1	61
الکتروود E.C./T.D.S. /T جهت مولتی پارامتر MI 306	MA 814D/1	62

MI 805 , MI 806	الکترو د جهت مولتی پارامترهای	MA 851D/1	63
MI 105	الکترو د pH / T جهت pH متر مدل	MA 914BR/1	64
الکترو د 0 - 14 pH اپوکسی، رنج دمای 0 - 60C، قابلیت تحمل در برابر 2 bar فشار 3 متر کابل کاربرد صنعتی		MA 913	65
الکترو د 0 - 14 pH شیشه قابل احیاء (دابل جانکشن) با رنج دمای 0 - 100 C 1 متر کابل		MA 917B/1	66
MI 106	الکترو د pH /O.R.P. / T جهت pH متر مدل	MA 923D/1	67
الکترو د PH ویژه جامدات (پنیر ، خامه، گوشت ،سوسپانسیون ها و ...)		MA 920 B	68
MI 150,151,160,180	یدکی پروب دمایی استیل جهت دستگاههای	MA 831	69
1 جفت	سل شیشه ای جهت دستگاه کلرسنج و فتومتر MI 414 با درب	MI 0001	70
1 جفت	سل شیشه آبی جهت دستگاه تربیدیمتر (کدورت سنج) MI 415	MI 0011	71
با گواهی استاندارد	محلول استاندارد کالیبراسیون pH 1.68 (220 ml)	MA 9001	72
با گواهی استاندارد	محلول استاندارد کالیبراسیون pH 4.01 (220 ml)	MA 9004	73
با گواهی استاندارد	محلول استاندارد کالیبراسیون pH 7.01 (220 ml)	MA 9007	74
با گواهی استاندارد	محلول استاندارد کالیبراسیون pH 9.18 (220 ml)	MA 9009	75
با گواهی استاندارد	محلول استاندارد کالیبراسیون pH 10.01 (220 ml)	MA 9010	76
	محلول استاندارد کالیبراسیون pH 12.45 (220 ml)	MA 9112	77
(بسته 25 عددی)	محلول کالیبراسیون pH 4.01 پاکتی 20 ml	M 10004 B	78
(بسته 25 عددی)	محلول کالیبراسیون pH 7.01 پاکتی 20 ml	M 10007 B	79
(بسته 25 عددی)	محلول کالیبراسیون pH 10.01 پاکتی 20 ml	M 10010 B	80
(220 ml)	محلول الکترولیت احیاء pH / O.R.P. 3/5 مولار KCl	MA 9011	81
(220 ml)	محلول الکترولیت احیاء الکترود pH دابل جانکشن KNO ₃	MA 9012	82

(220 ml)	محلول الکترولیت اکسیژن متر	MA 9071	83
(220 ml)	Storage Battle محلول نگهدارنده الکترو	MA 9015	84
(220 ml)	محلول پاک کننده الکترو	MA 9016	85
(220 ml) 200 – 275 mV	O.R.P. محلول استاندارد	MA 9020	86
(220 ml) 12880 $\mu\text{S} / \text{cm}$	محلول استاندارد هدایت سنج با گواهی استاندارد	MA 9060	87
(220 ml) 1413 $\mu\text{S} / \text{cm}$	محلول استاندارد هدایت سنج با گواهی استاندارد	MA 9061	88
(220 ml) 84 $\mu\text{S} / \text{c}$	محلول استاندارد هدایت سنج با گواهی استاندارد	MA 9063	89
(220 ml) 5000 $\mu\text{S} / \text{cm}$	محلول استاندارد هدایت سنج	MA 9069	90
(220 ml) 80000 $\mu\text{S} / \text{cm}$	محلول استاندارد هدایت سنج	MA 9064	91
(220 ml) 1382 ppm	T.D.S. متر محلول استاندارد	MA 9062	92
(220 ml) NaCl 100%	محلول استاندارد	MA 9066	93
(220 ml) 0 %	محلول استاندارد اکسیژن متر	MA 9070	94

WWW.MILWAUKEEINST.COM

کالاهای فوق دارای یک سال گارانتی می باشد. لطفاً برای دریافت اطلاع از موجودی کالا و دریافت اطلاعات فنی با کارشناسان بخش فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.